

Białystok, 12 maja 2020 r.

**Wykonawcy biorący udział w
postępowaniu na dostawę ambulansów
medycznych**

EOP.332.11.20

***DOTYCZY:** postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę ambulansów medycznych*

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 tj. z późn. zm.), w związku z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający, SP ZOZ WSPR w Białymstoku, wyjaśnia:

Pytanie 54:

Dotyczy parametru punktowanego „przedłużona gwarancja na pojazdy bazowe” –

Czy Zamawiający wymaga by przedłużony okres gwarancji na pojazd bazowy gwarantowany był przez producenta (przedstawiciela producenta) pojazdu a warunki gwarancji w przedłużonym terminie były identyczne jak w standardowym 24-cztero miesięcznym okresie gwarancji (np. taki sam zakres gwarancji, możliwość realizacji gwarancji w każdym ASO producenta pojazdu itd.)?

Wyjaśnienie:

Z dotychczasowych doświadczeń wynika iż nie wszyscy Wykonawcy oferują przedłużoną gwarancję producenta lecz np. ubezpieczyciela który oferuje przedłużoną gwarancję na innych warunkach niż producent pojazdu (np. z ograniczeniami zakresu gwarancji czy miejsca realizacji gwarancji).

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 55:

Dotyczy opisu ambulansu pkt. XII.4

Czy Zamawiający wymaga by fotel u wezglowia noszy posiadał elektrycznie zwalniany przesuw umożliwiający ustawienie fotela w pozycji ułatwiającej przejście z przedziału medycznego do kabiny kierowcy?


Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga zastosowania rozwiązania przedstawionego w powyższym pytaniu.

Pytanie 56:

Dotyczy parametru punktowanego pkt. XIIIc.1

Czy Zamawiający będzie punktował drukarkę opisaną w pkt. XIIIc w sposób przedstawiony na poniższym zdjęciu?



Wyjaśnienie:

Udzielenie odpowiedzi przez Zamawiającego wyjaśni czy stosowane obecnie rozwiązanie jest wystarczającym dla Zamawiającego (tzn. czy ilość miejsca w takim rozwiązaniu będzie uznana przez Zamawiającego za „nie utrudniającą przechodzenia) czy też należy przygotować inne rozwiązanie.

Odpowiedź:

Tak Zamawiający będzie punktował montaż drukarki w sposób opisany w SIWZ

Pytanie 57:

Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuszcza do zaoferowania ambulanse wyposażone w zestaw naprawczy do kół zamiast zapasowego koła?

Wyjaśnienie:

Wyposażenie ambulansu w zestaw naprawczy do kół zamiast w koło zapasowe pozwoli na zwiększenie rezerwy masowej na sprzęt medyczny tj. masażer serca (który nie jest ujęty w normie PN-EN 1789+A2 a staje się coraz częstszym elementem przewożonym w ambulansach).

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 58:

Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuszcza do zaoferowania ambulanse wyposażone w zestaw naprawczy oraz z dodatkowym zapasowym kołem pełnowymiarowym dostarczonym wraz z pojazdem?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 59:

Dotyczy opisu ambulansu pkt. XIIIc.1.

Czy wymóg zgodności z normą PN-EN 1789 dotyczący sposobu montażu uchwytu drukarki dotyczy wyłącznie przedziału medycznego, ze względu na fakt że ww. norma określa wymagania co do prób dynamicznych jedynie do przedziału medycznego?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 60:

Dotyczy opisu ambulansu pkt. I.1c

Prosimy o dopuszczenie dwóch anten dwuzakresowych GPS/GSM do systemu SWD PRM do modułu gps oraz tabletu tzw. anten typu rekinek oraz anteny prętowej zainstalowanej fabrycznie przez producent pojazdu bazowego typu FM.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie dwóch anten dwuzakresowych GPS/GSM typu rekinek do systemu SWDPRM, jedna antena do modułu GPS, jedna antena do stacji dokującej oraz anteny prętowej typu FM zainstalowanej fabrycznie przez producenta pojazdu bazowego

Jednocześnie, na podstawie art. 12a ust. 1 Pzp., Zamawiający informuje o zmianie terminu składania i otwarcia ofert:

- termin składania ofert – 19.05.2020 r. g.10.00.
- termin otwarcia ofert – 19.05.2020 r. g. 10.15.

**UWAGA: Prosimy o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma
emailem: przetargi@wspr.bialystok.pl**