



Białystok, 22 października 2021 r.

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu na dostawę papierów do
defibrylatorów Corpuls 3 i Lifepak 12/15**

EOP.332.27.21

DOTYCZY: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę papierów do defibrylatorów Corpuls 3 i Lifepak 12/15

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j. z późn. zm.), w związku z prośbą o udzielenie wyjaśnień, dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1

Czy Zamawiający nie popełnił pomyłki ujmując w jednej pozycji dwa rodzaje defibrylatorów, a rozmiar papieru podał tylko jeden. Wg Producenta papier do defibrylatora GS Elektromed Corpuls jest stosowany w rozmiarze 105mm x23m, natomiast do defibrylatorów firmy Physiocontrol/Stryker jest stosowany papier w rozmiarze 108mm x 25m. Prosimy o zawarcie w formularzu dwóch pozycji i odpowiednie podzielenie ilości.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie 2

Część 1

Prosimy o informację czy Zamawiający w ww. oczekuje papieru o wymiarach 106x25mm dedykowanego do wymienionych aparatów, średnica rolki bez nawiniętego papieru 18mm.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

DYREKTOR
SP ZOZ WSPR w Białymstoku
lek. med. Bogdan Kalicki

22.10.21