



Białystok, 27 sierpnia 2024 r.

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu  
w trybie zapytania ofertowego na dostawę  
fantomu szkoleniowego ALS – całej postaci  
osoby dorosłej**

**EOP.334.15.24**

Dotyczy: *postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na dostawę fantomu szkoleniowego ALS – całej postaci osoby dorosłej*

### **WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO**

W związku z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści zapytania ofertowego Zamawiający wyjaśnia:

#### **Pytanie 1:**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie czasu dostawy do 56 dni. Prośbę swoją motywujemy tym, iż producent produktów spełniających opisane przez Zamawiającego parametry posiada magazyn poza granicami kraju, co znacznie wydłuża czas potrzebny na realizację dostawy.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje treść zapytania ofertowego.

#### **Pytanie 2:**

Czy Zamawiający dopuszcza symulator na zasadach równoważności posiadający moduł prawidłowego wykonywania resuscytacji krążeniowo oddechowej zamiast detektora prawidłowego ułożenia rąk podczas RKO.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

**DYREKTOR**  
SP ZOZ WSPR w Białymstoku  
*lek. med. Bogdan Kalicki*

*Justyna H. Grochowska*