



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA
STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BIAŁYMSTOKU

ul. Poleska 89, 15-874 Białystok

Tel. 85 66 37 301, fax. 85 66 37 302

www.wspr.bialystok.pl; sekretariat@wspr.bialystok.pl;



CERTYFIKAT JAKOŚCI
ISO 9001:2015
NR 1567/2022/01

Białystok, 26 września 2024 r.

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu w trybie zapytania
ofertowego na dostawę
fantomu szkoleniowego ALS
do SP ZOZ WSPR w Białymstoku**

EOP.334.15.24

DOTYCZY: postępowania w trybie zapytania ofertowego na dostawę fantomu szkoleniowego ALS do SP ZOZ WSPR w Białymstoku

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku dziękuje za złożenie oferty w postępowaniu nr EOP.334.15.24 na dostawę fantomu szkoleniowego ALS do SP ZOZ WSPR w Białymstoku.

W postępowaniu wpłynęły 2 oferty:

Oferta nr 1 z dnia 23.08.2024r. złożona przez Laerdal Medical Poland Sp. z o. o., ul. Hutnicza 6, 40-241 Katowice, NIP: 954-246-04-70,

Cena ofertowa brutto: 38 745,00 zł

Oferowana gwarancja: 24 miesiące

Oferta zostaje odrzucona na podstawie §5 ust 3 Regulaminu Procedur postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130.000 zł netto obowiązującym w SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ponieważ nie spełnia wymagań zapytania ofertowego.

W toku postępowania Zamawiający powziął wątpliwości, czy oferowany przez Laerdal Medical Poland Sp. z o. o. fantom spełnia wymagania zapytania ofertowego i wystąpił do Wykonawcy z prośbą o złożenie wyjaśnień oraz przesłanie folderu lub specyfikacji. W odpowiedzi Wykonawca dołączył specyfikację techniczną, która potwierdziła brak spełnienia niektórych wymagań wynikających z treści zapytania ofertowego. Mianowicie, w punkcie 1 a) Zapytania ofertowego *Szczegółowy opis – specyfikacja cech towaru* Zamawiający wskazał, iż symulator powinien zapewnić możliwość wykonywania elektrostymulacji przezskórnej. Zgodnie z otrzymaną specyfikacją, oferowany fantom nie zapewnia takiej możliwości (pkt 16). Jednocześnie, Zamawiający wymagał aby symulator generował odgłosy np. oddechu, kaszlu itp. poprzez panel kontrolny. Natomiast zgodnie z punktem 29 specyfikacji, brak jest funkcji odtwarzania tego typu dźwięków. Ponadto, oferowany fantom nie zawiera pakietu akumulatorów zasilających, co wynika wprost z pkt 25 specyfikacji.

Z uwagi na fakt, iż oferta złożona przez Wykonawcę nie spełnia wymogów zawartych w treści zapytania ofertowego wskazanych powyżej, ofertę należało odrzucić w trybie §5 ust 3



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA
STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BIAŁYMSTOKU

ul. Poleska 89, 15-874 Białystok

Tel. 85 66 37 301, fax. 85 66 37 302

www.wspr.bialystok.pl; sekretariat@wspr.bialystok.pl;



CERTYFIKAT JAKOŚCI
ISO 9001:2015
NR 1567/2022/01

Regulaminu procedur postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130.000,00 zł netto obowiązujący w SP ZOZ WSPR w Białymstoku.

Oferta nr 2 z dnia 26.08.2024 r. złożona przez CIRRO Sp. z o. o., ul. Elewatorska 58, 15-620 Białystok, NIP: 5420201357.

Cena ofertowa brutto: 44 630,55 zł

Oferowana gwarancja: 12 miesięcy

Ofercie przyznano 100 punktów.

Informujemy, że wybrana została oferta złożona przez CIRRO Sp. z o. o., ul. Elewatorska 58, 15-620 Białystok, NIP: 5420201357, która otrzymała 100 pkt na 100 możliwych do uzyskania w kryterium: Cena ofertowa brutto – 100 pkt.