



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA
STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BIAŁYMSTOKU
ul. Poleska 89, 15-874 Białystok
Tel. 85 66 37 301, fax. 85 66 37 302
www.wspr.bialystok.pl; sekretariat@wspr.bialystok.pl;



CERTYFIKAT JAKOŚCI
ISO 9001:2015
NR 1567/2022/01

Białystok, dnia 7 stycznia 2025r.

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu na dostawę materiałów
medycznych i środków dezynfekcyjnych do SP
ZOZ WSPR w Białymstoku**

EOP.332.45.24

DOTYCZY: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę materiałów medycznych i środków dezynfekcyjnych do SP ZOZ WSPR w Białymstoku

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j., z późn. zm.), w związku z prośbą o udzielenie wyjaśnień, dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1

Część 6 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania preparat do szybkiej dezynfekcji wyrobów medycznych oraz małych i trudnodostępnych powierzchni odpornych na działanie alkoholu w placówkach medycznych; spektrum działania: bakteriobójczy, prątki gruźlicy, drożdżakobójczy, wirusobójczy (HIV, HBV, HCV, Adenowirus, Herpeswirus, Coronawirus/SARS, Rotawirus, Vacciniawirus) - w czasie do 60 sekund oraz bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy (HIV, HBV, HCV, Adenowirus, Herpeswirus, Coronawirus/SARS, Rotawirus, Vacciniawirus) - w czasie do 1 minuty. Opakowanie o pojemności 1000 ml + spryskiwacz. Produkt biobójczy i wyrób medyczny. Okres ważności min. 24 miesiące.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie 2

Część 6 poz. 2 pyt. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania enzymatyczny preparat do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych oraz sprzętu endoskopowego. Skład: enzymy (amylaza, proteaza, lipaza i QAV. Spektrum: B i drożdżakobójcza (zgodnie z EN 13727 i EN 14561 - warunki brudne) - 0,5% w 15min, drożdżakobójcze (zgodnie z EN 13624 i EN 14562 - warunki brudne) - 0,5% w 15min, prątki (zgodnie z EN 14348 i EN 14563 - warunki brudne) - 1% w 15min, V (Polio, Adeno, Noro zgodnie z EN 14476 - warunki brudne) - 0,25% w 15min. Opakowanie a 1 L. Okres ważności min. 24 miesiące.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie 3

Część 6 poz. 2 pyt. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania preparat do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych oraz sprzętu endoskopowego na bazie QAV i zw. aminowych. Spektrum: B i drożdżakobójcze (zgodnie z EN 13727 i EN 14561 warunki brudne) – 1,25% w 15min, drożdżakobójcze (zgodnie z EN 13624 i EN 14562 - warunki brudne) - 1,25% w 15min, prątki M. terrae (zgodnie z EN 14348 - warunki brudne) – 1,25% w 30min, V (Adeno, Rota, Vaccinia zgodnie z EN 14476 / EN 1711 - warunki brudne) – 1,25% w 15min. Opakowanie a 1 L. Okres ważności min. 24 miesiące.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA
STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BIAŁYMSTOKU

ul. Poleska 89, 15-874 Białystok
Tel. 85 66 37 301, fax. 85 66 37 302

www.wspr.bialystok.pl; sekretariat@wspr.bialystok.pl;



CERTYFIKAT JAKOŚCI
ISO 9001:2015
NR 1567/2022/01

Pytanie 4

Część 6 poz. 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania preparat w postaci szybko działającej gotowej pianki do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych wrażliwych nadziaływanie alkoholu (w tym urządzeń elektronicznych, monitory, telefony komórkowe). Preparat na bazie nadtlenu wodoru (0,84%) i QAV bez zawartości alkoholu, chloru, kwasu nadoctowego). Spektrum działania: zgodnie z EN 16615 B, F lub (Candida albicans) – 1 min, F, Tbc, S (B. subtilis) – 1min, V zgodnie z EN 14476 (Polio, Adeno, Noro, Vaccinia) – 1 min. Okres trwałości po pierwszym otwarciu – 30 dni. Opakowanie a 750ml. Wyrób medyczny.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie 5

Część 6 poz. 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania alkoholowy preparat w postaci żelu przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Posiadający w składzie etanol 80 gr w 100 gr preparatu oraz QAV. Przeznaczony do skóry wrażliwej, przetestowany dermatologicznie. Bez barwników. Higieniczna dezynfekcja rąk 30 sek; chirurgiczna dezynfekcja rąk 90 sek. B,V,F Tbc 30 sek. Skuteczny wobec wirusa Polio, Adeno, Noro, Rota, RSV, Vaccinia w 30 sek. Przebadany zgodnie z normami EN 1500, EN 12791, EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476. Opakowanie a 500 ml + pompka. Okres ważności min. 24 miesiące.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie 6

Część 6 poz. 5

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania preparat w postaci szybko działających gotowych do użycia chusteczek do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych wrażliwych na działanie alkoholu (w tym urządzeń elektronicznych). Preparat na bazie nadtlenu wodoru (0,84%) i QAV bez zawartości alkoholu, chloru. Szerokie spektrum działania, również na spory (B. subtilis) w ciągu 1 min. Chusteczka o wymiarze 20x25cm. Opakowanie flow-pack a'100szt. Okres ważności min. 24 miesiące. Wyrób medyczny.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie 7

Część 3, poz. 2: Czy Zamawiający dopuści stabilizator z pionowym mocowaniem?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie 8

Część 3, poz. 2: Czy Zamawiający dopuści niejałowy stabilizator?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 9

Część 3, poz. 3: Czy Zamawiający dopuści jednorazowe wkłady (stosowane wraz z wielorazowymi uchwytami z możliwością dezynfekcji)– zdjęcie poglądowe poniżej, takie rozwiązanie eliminuje czyszczenie, rozchlapywanie, rozlanie oraz zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego. Po 30 sekundach superchłonna wkładka higieniczna



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA
STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BIAŁYMSTOKU

ul. Poleska 89, 15-874 Białystok
Tel. 85 66 37 301, fax. 85 66 37 302

www.wspr.bialystok.pl; sekretariat@wspr.bialystok.pl;



CERTYFIKAT JAKOŚCI
ISO 9001:2015
NR 1567/2022/01

zamienia 600 ml płynów ustrojowych w żel. Wkładki są wykonane w 100% z materiałów recyklingowych.
Wymiary: 16x43 cm, pakowane po 20 szt.?



Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie 10

Część 3, poz. 8: Czy Zamawiający dopuści opakowanie a'25 sztuk z przeliczeniem ilości do pełnych opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 11

Część 3, poz. 9: Czy Zamawiający dopuści rozmiary od CH14 do CH24?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 12

Część 3, poz. 11: Czy Zamawiający dopuści elektrody z żelazem stałym?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 13

Część 3, poz. 11: Czy Zamawiający dopuści elektrody z żelazem półpłynnym?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 14

Część 3, poz. 13: Czy Zamawiający dopuści długość 1000mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 15

Część 5, poz. 5: Czy Zamawiający dopuści dren o długości 210cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 16

Część 5, poz. 6: Czy Zamawiający dopuści długość 200cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA
STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BIAŁYMSTOKU

ul. Poleska 89, 15-874 Białystok
Tel. 85 66 37 301, fax. 85 66 37 302

www.wspr.bialystok.pl; sekretariat@wspr.bialystok.pl;



CERTYFIKAT JAKOŚCI
ISO 9001:2015
NR 1567/2022/01

Pytanie 17

Część 5, poz. 8: Czy Zamawiający dopuści skalę jednostronną?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 18

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisu

„Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, do złożenia próbek oferowanego asortymentu w celu weryfikacji jego zgodności z opisami zawartymi w SWZ. Nie złożenie wymaganych próbek lub złożenie próbek niespełniających wymagań określonych w SWZ spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Ustawy PZP. „

„ W trakcie oceny ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przedłożenia próbek zaoferowanych wyrobów w celu sprawdzenia spełnienia wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia. ”

„W trakcie oceny ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przedłużenia dokumentów potwierdzających opisane parametry, certyfikaty oraz dostarczenia próbek. ”

Zapis ten jest niezgodny z ustawą Prawo Zamówień Publicznych – art. 107 ust. 1 ustawy wprost wskazuje, że „jeżeli Zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych, wykonawca składa je wraz z ofertą „, Zamawiający nie może wybrać innego momentu na złożenie dokumentów przedmiotowych w tym próbek w trakcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego. Niedopuszczalnym jest wskazanie na złożenie przedmiotowych środków dowodowych dopiero na wezwanie Zamawiającego.

Żądanie przedmiotowych środków dowodowych nie może ograniczać uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. (zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 20 sierpnia 2021r. KIO 1936/21)

Odpowiedź:

Zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą, jednocześnie w SWZ przewidział uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp.

Pytanie 19

Część 3, poz. 5, 14, 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 3 pozycje 5, 14, 16 i utworzenie z niej odrębnego pakietu? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wydzieli z pakietu 3 pozycji 5, 14, 16 do nowego pakietu.

Pytanie 20

Część 3 Pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści podkłady chłonne w opakowaniu a’25szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 21

Część 3 Pozycja 11, 12

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a’50szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA
STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BIAŁYMSTOKU

ul. Poleska 89, 15-874 Białystok
Tel. 85 66 37 301, fax. 85 66 37 302

www.wspr.bialystok.pl; sekretariat@wspr.bialystok.pl;



CERTYFIKAT JAKOŚCI
ISO 9001:2015
NR 1567/2022/01

Pytanie 22

Część 3 Pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a'800szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 23

Część 3 Pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na nosze wykonany z włókniny polipropylenowej?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie 24

Część 3 Pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na nosze w rozmiarze 70x210cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 25

Część 3 Pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na nosze wykonany z włókniny typu SMS?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie 26

Część 3 Pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na koce wykonany z włókniny polipropylenowej?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie 27

Część 3 Pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na koce wykonany z włókniny typu SMS?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie 28

Część 3 Pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na koce w rozmiarze 160x210cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 29

Część 4 Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.



Pytanie 30

Część 4 Pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 31

Część 4 Pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a'50szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 32

Część 4 Pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'100szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 33

Część 4 Pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 34

Część 4 Pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści kaniule z poliuretanu w rozmiarach:

ROZMIAR [G]	ROZMIAR [mm]
24 x ¾"	0,7 x 19
22 x 1"	0,9 x 25
20 x 1¼ "	1,1 x 32
18 x 1¾"	1,3 x 45]
17 x 1¾"	1,5 x 45
16 x 1¾"	1,7 x 45
14 x 1¾"	2,0 x 45

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 35

Część 4 Pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a'50szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA
STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BIAŁYMSTOKU

ul. Poleska 89, 15-874 Białystok

Tel. 85 66 37 301, fax. 85 66 37 302

www.wspr.bialystok.pl; sekretariat@wspr.bialystok.pl;



CERTYFIKAT JAKOŚCI
ISO 9001:2015
NR 1567/2022/01

Pytanie 36

Część 5 Pozycja 1-7

Czy zamawiający dopuści wyrób mikrobiologicznie czysty, który nie jest wyrobem jałowym (sterylnym), którego użycie niesie ze sobą ryzyko wprowadzenia zakażenia w drogi oddechowe pacjenta, infekcji miejscowej i/lub uogólnionej powodując zagrożenie dla zdrowia i życia pacjenta? Jeżeli tak, prosimy o określenie jakiego poziomu czystości mikrobiologicznej Zamawiający oczekuje i czy wymaga dostarczenia wyniku badania na zgodność z normą ISO 11737-1:2018 z akredytowanego laboratorium?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie 37

Część 5 Pozycja 1-7

Czy zamawiający oczekuje wyrobu sterylnego (jałowego) pozbawionego zdolnych do życia drobnoustrojów w ich formach wegetatywnych jak i przetrwalnikowych, którego jałowość osiągnięta jest poprzez proces sterylizacji (np. tlenkiem etylenu), tym samym bezpiecznego dla pacjenta, minimalizującego ryzyko wprowadzenia zakażenia w drogi oddechowe?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie 38

Część 5 Pozycja 8

Czy zamawiający dopuści strzykawkę Janeta 100ml ze skalą jednostronną?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 39

Część 5 Pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a'25szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 40

Dotyczy postępowania

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przedstawienia próbek? Zamawiający może ocenić prawidłowość zaferowanych produktów na podstawie katalogów, ulotek, a próbki generują kolejne koszty co przekłada się na wartość oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje treść SWZ z zastrzeżeniem odpowiedzi na pytania nr 46, 48 i 56 gdzie zamiast przedmiotowego środka dowodowego w postaci próbki asortymentu w Części 3 poz. 14, w Części 3 poz. 21 i w Części 5 poz. 10 wymaga złożenia przedmiotowego środka dowodowego w postaci: katalogów lub ulotek oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzającego opisy, cechy i kluczowe parametry techniczne wskazane w SWZ.

Pytanie 41

Dotyczy postępowania

Czy Zamawiający odstąpi od kodów UDI? Zgodnie z ustawą PZP, wymóg kodów UDI nie dotyczy jeszcze wyrobów medycznych.



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA
STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BIAŁYMSTOKU

ul. Poleska 89, 15-874 Białystok
Tel. 85 66 37 301, fax. 85 66 37 302

www.wspr.bialystok.pl; sekretariat@wspr.bialystok.pl;



CERTYFIKAT JAKOŚCI
ISO 9001:2015
NR 1567/2022/01

Odpowiedź:

W przypadku wyrobów medycznych, których wymóg posiadania kodów UDI nie dotyczy, Zmawiający ich nie wymaga. W przypadku gdy taki wymóg pojawi się w trakcie trwania umowy, Wykonawca powinien zapewnić konieczne kody UDI.

Pytanie 42

Dotyczy Części Nr 3 poz. 4

Czy Zamawiający wymaga pojemników pakowanych w kartony co ułatwia magazynowanie?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 43

Dotyczy Części Nr 3 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw do centralnego wkłucia rozm. igły 18G 1,3x 73 mm? Pozostałe parametry bez zmian. Należy nadmienić, że różnica 3 mm jest niezauważalna przy użytkowaniu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 44

Dotyczy Części Nr 3 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści wycenę podkładu chłonnego pakowanego po 20 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 45

Dotyczy Części Nr 3 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 46

Dotyczy Części Nr 3 poz. 14

W związku z faktem, że na dany produkt minimum logistyczne wynosi 25 szt., czy Zamawiający odstąpi od wymogu przedstawienia próbki? Zamawiający może ocenić prawidłowość zaoferowanych produktów na podstawie katalogów, ulotek

Odpowiedź:

Zamawiający zamiast przedmiotowego środka dowodowego w postaci próbki asortymentu w Części 3 poz. 14 wymaga złożenia przedmiotowego środka odwodowego w postaci: katalogów lub ulotek, oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzającego opisy, cechy i kluczowe parametry techniczne wskazane w SWZ.

Pytanie 47

Dotyczy Części Nr 3 poz. 16

Czy Zamawiający dopuści niżej opisany zestaw do punkcji renomowanej firmy B.Braun?

Zestaw do punkcji jamy opłucnej - cienkościenna kaniula punkcyjna z krótkim szlifem śr 1,8mm, długość 80mm; dren łączący z końcówką lock; strzykawką trzyczęściową 60ml jednorazowego użytku; worek 2,0l ; z zastawką



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA
STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BIAŁYMSTOKU

ul. Poleska 89, 15-874 Białystok
Tel. 85 66 37 301, fax. 85 66 37 302

www.wspr.bialystok.pl; sekretariat@wspr.bialystok.pl;



CERTYFIKAT JAKOŚCI
ISO 9001:2015
NR 1567/2022/01

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 48

Dotyczy Części Nr 3 poz. 21

W związku z faktem, że na dany produkt minimum logistyczne wynosi 10 szt., czy Zamawiający odstąpi od wymogu przedstawienia próbki? Zamawiający może ocenić prawidłowość zaoferowanych produktów na podstawie katalogów, ulotek

Odpowiedź:

Zamawiający zamiast przedmiotowego środka dowodowego w postaci próbki asortymentu w Części 3 poz. 21 wymaga złożenia przedmiotowego środka odwodowego w postaci: katalogów lub ulotek, oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzającego opisy, cechy i kluczowe parametry techniczne wskazane w SWZ.

Pytanie 49

Dotyczy Części Nr 4 poz. 4-7

Czy Zamawiający wymaga strzykawek z podwójną kryzą na cylindrze uniemożliwiającą wypadnięcie tłoka? Konsekwencją wypadnięcia tłoka może być utrata płynu, co jest niedopuszczalne w jednostkach służby zdrowia.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 50

Dotyczy Części Nr 4 poz. 4-7

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania strzykawek pozbawionych ftalanów i BPA, z informacją o ich braku na opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 51

Dotyczy Części Nr 4 poz. 4-7

Czy Zamawiający wymaga strzykawek z kolorystycznym oznaczeniem na opakowaniu jednostkowym w zależności od rozmiaru co ułatwia rozróżnienie strzykawek?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 52

Dotyczy Części Nr 4 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 53

Dotyczy Części Nr 4 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści samoprzylepny, sterylny opatrunek do mocowania kaniul, wymiary: 6x8 cm, wykonany z hydrofobowej włókniny, pokryty klejem akrylowym, dodatkowy element w postaci centralnie umieszczonego wkładu chłonnego, który zabezpiecza przed przywieraniem włókniny do miejsca wkłucia, zaokrąglone brzegi zapobiegają przypadkowemu odklejeniu opatrunku, mikropory w strukturze włókniny zapewniają odpowiednią przepuszczalność, dzięki czemu zachodzi prawidłowa wymiana gazowa między opatrunkiem, a skórą. Elastyczny,



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA
STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BIAŁYMSTOKU

ul. Poleska 89, 15-874 Białystok

Tel. 85 66 37 301, fax. 85 66 37 302

www.wspr.bialystok.pl; sekretariat@wspr.bialystok.pl;



CERTYFIKAT JAKOŚCI
ISO 9001:2015
NR 1567/2022/01

dopasowujący się do kształtów ciała, zapewniający swobodę ruchów. Posiada warstwę zabezpieczającą z papieru silikonowanego, ułatwiającą precyzyjną i skuteczną aplikację, sterylizowany tlenkiem etylenu, jednorazowego użytku.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 54

Dotyczy Części Nr 4 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści kaniule spełniające poniższe parametry?

Kaniula dożylna z portem i skrzydełkami, sterylna, igła wykonana ze stali nierdzewnej osłona igły: polipropylen cewnik wykonane z PUR, wyposażona w skrzydełka, wyposażona w koreczek portu górnego barwiony kolorystycznie zależnie od rozmiaru, z portem bocznym, 6 linie RTG, brak lateksu oraz ftalanów, filtr hydrofobowy, jałowa, okres trwałości 5 lat, instrukcja użytkowania w opakowaniu pośrednim 50 szt. Rozmiary:

Rozmiar Gauge	Kolor	Rozmiar (mm.)	Długość (mm.)	Przepływ (ml./min.)	
14	Pomarańczowa	2.1	45	270	
16	Szara	1.8	45	200	
17	Biała	1.5	45	140	
18	Zielona	1.3	45	85	
20	Różowa	1.1	32	55	
22	Niebieska	0.9	25	33	
24	Żółta	0.7	19	18	

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 55

Dotyczy Części Nr 5 poz. 1-5

Czy Zamawiający wymaga masek do podawania tlenu pozbawianych szkodliwych ftalanów?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 56

Dotyczy Części Nr 5 poz. 10

W związku z faktem, że na dany produkt minimum logistyczne wynosi 10 szt., czy Zamawiający odstąpi od wymogu przedstawienia próbki? Zamawiający może ocenić prawidłowość zaoferowanych produktów na podstawie katalogów, ulotek

Odpowiedź:

Zamawiający zamiast przedmiotowego środka dowodowego w postaci próbki asortymentu w Części 5 poz. 10 wymaga złożenia przedmiotowego środka odwodowego w postaci: katalogów lub ulotek, oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzającego opisy, cechy i kluczowe parametry techniczne wskazane w SWZ.

Pytanie 57

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z części nr 3 poz.18 i 19 do odrębnej części stanowiącej jednolitą grupę wyrobów, co zwiększy konkurencyjność prowadzonego postępowania umożliwiając złożenie ofert większej



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA
STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BIAŁYMSTOKU
ul. Poleska 89, 15-874 Białystok
Tel. 85 66 37 301, fax. 85 66 37 302
www.wspr.bialystok.pl; sekretariat@wspr.bialystok.pl;



CERTYFIKAT JAKOŚCI
ISO 9001:2015
NR 1567/2022/01

liczbie oferentów, a Zamawiającemu wybór najkorzystniejszej oferty spełniającej wymogi swz? W przypadku odpowiedzi negatywnej proszę o wyrażenie zgody na złożenie oferty na pozycje w ramach części nr 3.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wydzieli z pakietu 3 pozycji 18 i 19 do nowego pakietu.

Pytanie 58

CZEŚĆ 7

Zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający wymaga oryginalności papieru do defibrylatora Corpuls 3 zalecanego przez producenta ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga oryginalnego papieru do defibrylatora Corpuls 3.

Pytanie 59

CZEŚĆ 7

Zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający wyodrębni do dwóch osobnych pakietów produkty z części 7 „Papier do defibrylatora Corpuls 3 i Lifepak 12/15, wymiary: 106x25 mm, długość rolki maksymalnie 25 m, prześwit rolki 16 mm” ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyodrębni do dwóch osobnych pakietów produktów z części 7.

Pytanie 60

CZEŚĆ 4 POZYCJA 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przeliczenia w formularzu asortymentowo- cenowym na opakowania po 100 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 61

CZEŚĆ 4 POZYCJA 2

Prosimy o doprecyzowanie opisu o wymagane rozmiary oraz szczegółowy opis czy chodzi Zamawiającemu o kaniulę typu neoflon.

Odpowiedź:

Zamawiający ma na myśli kaniulę w rozmiarze 26G, 0,6x19 mm.

Pytanie 62

CZEŚĆ 4 POZYCJA 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przeliczenia w formularzu asortymentowo- cenowym ilości strzykawek na opakowania pakowane po 80 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 63

CZEŚĆ 4 POZYCJA 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku do mocowania kaniuli w rozmiarze 6 cm x 8 cm, pozostałe zapisy zgodnie z SWZ

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA
STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BIAŁYMSTOKU

ul. Poleska 89, 15-874 Białystok
Tel. 85 66 37 301, fax. 85 66 37 302

www.wspr.bialystok.pl; sekretariat@wspr.bialystok.pl;



CERTYFIKAT JAKOŚCI
ISO 9001:2015
NR 1567/2022/01

Pytanie 64

CZEŚĆ 4 POZYCJA 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie:

Kaniule do długotrwałych wlewów dożylnych

- Cewnik wykonany z biokompatybilnego poliuretanu
- Cztery paski radiocieniujące
- Koreczek luer lock z trzpieniem powyżej własnej krawędzi
- Manualnie domykany koreczek portu bocznego
- Wyposażona w zastawkę antyzwrotną umożliwiającą odpowietrzenie kaniuli po nakłuciu żyły
- Zabezpieczającą przed wyciekami krwi typu "BLOOD STOPPER"
- Elastyczne skrzydełka zapewniają łatwe mocowanie kaniuli oraz zapobiegają jej przesuwaniu i obracaniu
- Koreczek portu górnego kodowany kolorystycznie
- Igła silikonizowana, potrójnie ścięta z tylnym szlifem, wykonana ze stali nierdzewnej zapewniająca bezbolesne wkłucie
- Jednorazowego użytku, sterylna, nietoksyczna, niepirogenna, bezlateksowa
- Opakowanie zbiorcze 100 sztuk

Rozmiary:

- 24G - 0,7 x 19 mm - 22 ml/min
- 22G - 0,8 x 25 mm - 38 ml/min
- 20G - 1,0 x 32 mm - 64 ml/min
- 18G - 1,2 x 38 mm - 105 ml/min
- 17G - 1,5 x 45 mm - 140 ml/min
- 16G - 1,7 x 45 mm - 200 ml/min
- 14G - 2,2 x 45 mm - 310 ml/min

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie 65

CZEŚĆ 4 POZYCJA 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli:

- cewnik wykonany z PTFE
- 4 paski RTG
- wolna od PVC i lateksu.
- posiada port iniekcyjny zabezpieczony samodomykającym się koreczkiem
- kaniula wyposażona w filtr hydrofobowy
- posiada elastyczne skrzydełka
- opakowanie typu TYVEC
- koreczek luer lock z trzpieniem poniżej własnej krawędzi
- Opakowanie zbiorcze 100 sztuk

Rozmiary:

- 24G - 0,7 x 19 mm
- 22G - 0,8 x 25 mm
- 20G - 1,1 x 33 mm
- 18G - 1,3 x 33 mm
- 17G - 1,5 x 45 mm
- 16G - 1,7 x 45 mm
- 14G - 2,2 x 45 mm



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA
STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BIAŁYMSTOKU

ul. Poleska 89, 15-874 Białystok
Tel. 85 66 37 301, fax. 85 66 37 302

www.wspr.bialystok.pl; sekretariat@wspr.bialystok.pl;



CERTYFIKAT JAKOŚCI
ISO 9001:2015
NR 1567/2022/01

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie 66

CZEŚĆ 4 POZYCJA 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie:

Kaniule do długotrwałych wlewów dożylnych

- Cewnik wykonany z FEP
- Cztery paski widoczne w RTG
- Koreczek luer lock z trzpieniem powyżej własnej krawędzi
- Manualnie domykany koreczek portu bocznego
- Wyposażona w zastawkę antyzwrotną umożliwiającą odpowietrzenie kaniuli po nakłuciu żyły
- Zabezpieczającą przed wyciekami krwi typu "BLOOD STOPPER"
- Elastyczne skrzydełka zapewniają łatwe mocowanie kaniuli oraz zapobiegają jej przesuwaniu i obracaniu
- Cały korpus kaniuli kodowany kolorystycznie
- Igła silikonizowana, potrójnie ścięta z tylnym szlifem, wykonana ze stali nierdzewnej zapewniająca bezbolesne wkłucie
- Jednorazowego użytku, sterylna, nietoksyczna, niepirogenna, bezlateksowa
- Opakowanie zbiorcze 100 sztuk

Rozmiary:

24G - 0,7 x 19 mm

22G - 0,8 x 25 mm

20G - 1,0 x 32 mm

18G - 1,2 x 38 mm

17G - 1,5 x 45 mm

16G - 1,7 x 45 mm

14G - 2,2 x 45 mm

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie 67

CZEŚĆ 5 poz. 9

Prosimy o dopuszczenie strzykawki bursztynowej 3 – częściowej typu luer – lock o pojemności 50/60 ml.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

II. ZMIANA TREŚCI SWZ, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zmienia treść SWZ w następującym zakresie:

- Dotychczasową treść Rozdziału X. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE punkt 1 zastępuje się treścią:
 1. Na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone w SWZ wymagania, Zamawiający wraz z ofertą żąda złożenia **PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH**, tj.:
 - a. próbek asortymentu określonego w Załączniku nr 3 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia Formularz cenowy tj. do każdej pozycji z każdej części, na którą Wykonawca składa ofertę – po



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA
STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BIAŁYMSTOKU

ul. Poleska 89, 15-874 Białystok
Tel. 85 66 37 301, fax. 85 66 37 302

www.wspr.bialystok.pl; sekretariat@wspr.bialystok.pl;



CERTYFIKAT JAKOŚCI
ISO 9001:2015
NR 1567/2022/01

1 sztuce, z wyjątkiem Części 3 poz. 14, Części 3 poz. 21, Części 5 poz. 10 gdzie Zamawiający wymaga złożenia przedmiotowego środka odwodowego w postaci: katalogów lub ulotek, oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzającego opisy, cechy i kluczowe parametry techniczne wskazane w SWZ:

- i. Próbki muszą być identyczne jak oferowane wyroby.
- ii. Na podstawie art. 65 ust 1 pkt 4 i ust 2 Pzp Zamawiający odstępuje od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej i wymaga przekazania wyżej wskazanych próbek za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca, z wyjątkiem Części 3 poz. 14, Części 3 poz. 21, Części 5 poz. 10 gdzie Zamawiający wymaga złożenia przedmiotowego środka odwodowego w postaci: katalogów lub ulotek, oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzającego opisy, cechy i kluczowe parametry techniczne wskazane w SWZ, wraz z ofertą.

➤ Dotychczasową treść Rozdziału XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ustęp 17 punkt c) zastępuje się treścią:

c. Przedmiotowe środki dowodowe:

- i. próbki, o których mowa w Rozdziale X pkt 1). Na podstawie art. 65 ust 1 pkt 4 i ust 2 Pzp Zamawiający odstępuje od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej i wymaga przekazania próbek za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca, z wyjątkiem Części 3 poz. 14, Części 3 poz. 21, Części 5 poz. 10 gdzie Zamawiający wymaga złożenia przedmiotowego środka odwodowego w postaci: katalogów lub ulotek, oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzającego opisy, cechy i kluczowe parametry techniczne wskazane w SWZ, wraz z ofertą. Próbki należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego najpóźniej do upływu terminu składania ofert wskazanego w Rozdziale XVII.

➤ Jednocześnie Zamawiający informuje, że ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą i obowiązywania wadium w ww. postępowaniu na:

- termin składania ofert: 15.01.2025 r., g. 09.00
- termin otwarcia ofert: 15.01.2025 r., g. 10.00
- termin związania ofertą na dzień 13.02.2025 r.

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.